

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аппарат электрохирургический радиочастотный	Шт.	1
1.2	Ножной переключатель	Шт.	1
1.3	Наконечник для электродов;	Шт.	3
1.4	Держатель для наконечника;	Шт.	3
1.5	Трехкнопочный наконечник ручного включения;	Шт.	2
1.6	Биполярный пинцет	Шт.	3
1.7	Шнур для биполярного пинцета	Шт.	6
1.8	Антенная пластина;	Шт.	2
1.9	Сетевой шнур	Шт.	1
1.10	Комплект электродов	Шт.	10
2	Технические требования		
2.1	Аппарат электрохирургический радиочастотный:		
2.1.1	Возможность работы не менее, чем в 5 режимах: -резание; -резание и коагуляция; -коагуляция; -фульгурация; -биполярная коагуляция;		
2.1.2	Возможность выбора с помощью нажимных кнопок и индикаторов;		
2.1.3	Наличие цифрового дисплея на передней поверхности прибора;		
2.1.4	Отображение уровня мощности на дисплее;		
2.1.5	Выходная частота не менее 3,8 МГц;		
2.1.6	Выходная мощность не менее 90Вт;		
2.1.7.	Осуществление разреза тканей при температуре от 38° до 80° С;		
2.1.8	Отсутствие глубокого некроза и повреждения тканей;		
2.2	Требования к электродам:		
2.2.1	Игольчатый электрод, тонкий, длина дуги не более 10 мм – 2 шт.;		
2.2.2	Круглый петлевой электрод, диаметр петли не более 7 мм, 2 шт.;		
2.2.3	Шариковый электрод, диаметр не более 3,5 мм, 2 шт.;		
2.2.4	Игольчатый электрод, изогнутый, широкий, 2 шт.;		
2.2.5	Игольчатый электрод, тонкий, длина дуги не более 20 мм – 2 шт.;		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора