

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения.

1.

Наименование: **Архив микропрепаратов – 3 штуки.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Архив микропрепаратов	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Кассета должна быть рассчитана на хранение не менее 100 микропрепаратов.

2.2. Микропрепараты в кассете размещаются как по горизонтали, так и по вертикали.

2.3. Микропрепараты размещаются и в отдельные гнезда, и сплошь.

2.4. Все составные части хорошо штабелируются.

2.

Наименование: **Дозаторы механические постоянного и переменного
объема:100мкл/500мкл/5-40мкл/20-200мкл/100-1000мкл – 1 шт.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Дозаторы механические постоянного и переменного объема:	
1.1.	100 мкл	4 шт.
1.2.	500 мкл	4 шт.
1.3.	5-40 мкл	4 шт.
1.4.	20-200 мкл	4 шт.
1.5	100-1000 мкл	4 шт.

2. Технические требования.

2.1. Дозаторы изготовлены из материалов высокой механической и химической стойкости.

2.2. Установленный объем дозирования отображается на цифровом дисплее на рукоятке дозатора.

2.3. Дозатор должен иметь механизм для сброса наконечника.

2.4. На дозаторах переменного объема, путем вращения операционной кнопки, должен устанавливаться требуемый объем.

3.

Наименование: Капилляр для определения скорости оседания эритроцитов – 1000 штук.

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Капилляр для определения скорости оседания эритроцитов	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Материал изготовления – стекло.

2.2. С градуированной шкалой от 0 до 90 мм.

2.3. Шаг деления равен 1 мм.

4.

Наименование: Пинцет анатомический – 82 штуки.

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Пинцет анатомический	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Пинцет должен быть изготовлен из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью.

5.

Наименование: Планшет для определения групп крови (одноразовый) – 1000 штук.

Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Планшет для определения групп крови, резус-фактора	1 шт.

2. Технические требования.

- 2.1. Планшет изготовлен из ударопрочных материалов.
- 2.2. Каждая лунка имеет бортики.
- 2.3. Лунки плоскодонные.
- 2.4. Планшет имеет маркировку лунок.
- 2.5. Планшет устойчив к действию дезинфицирующих средств.

6.

Наименование: Планшет для определения групп крови, резус-фактора – 3 штуки.

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Планшет для определения групп крови, резус-фактора	1 шт.

2. Технические требования.

- 2.1. Планшет изготовлен из ударопрочных материалов.
- 2.2. Каждая лунка имеет бортики.
- 2.3. Лунки плоскодонные.
- 2.4. Планшет имеет маркировку лунок.
- 2.5. Планшет устойчив к действию дезинфицирующих средств.

7.

Наименование: Планшетки для транспортировки микропрепаратов – 10 штук.

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Планшетки для транспортировки микропрепаратов	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Планшетки изготавливаются из полимерных материалов высокой механической прочности.

2.2. В планшете имеются гнезда для индивидуальной установки стекол, эти гнезда пронумерованы.

2.3. Гнезда, позволяющие использовать стекла толщиной до 2,0 мм.

2.4. Емкость планшета не менее 20 стекол.

8.

Наименование: **Штатив лабораторный для дозаторов – 5 штук.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Штатив лабораторный для дозаторов	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Штатив должен быть рассчитан не менее чем на 5 одноканальных дозаторов.

2.2. Штатив должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, устойчив к воздействию дезинфицирующих веществ.

2.3. Штатив может быть изготовлен в настенном или устойчивом настольном исполнении.

9.

Наименование: **Штатив полиэтиленовый для пробирок
10 гнезд – 20 штук.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Штатив полиэтиленовый для пробирок 10 гнезд	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Составные части изготовлены из ударопрочного, химически устойчивого пластика.

10.

Наименование: **Штатив полиэтиленовый для пробирок
20 гнезд– 20 штук.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Штатив полиэтиленовый для пробирок 20 гнезд	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Составные части изготовлены из ударопрочного, химически устойчивого пластика.

11.

Наименование: **Штатив полиэтиленовый для пробирок
40 гнезд– 60 штук.**

1. Состав (комплектация).

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Штатив полиэтиленовый для пробирок 40 гнезд	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Составные части изготовлены из ударопрочного, химически устойчивого пластика.