

Показатели (характеристики) товара (работ, услуг)

Лот1

1. Состав (комплектация) оборудования или товара.

Аппараты контактной лучевой терапии			
Организация здравоохранения	Название аппарата	Название источника излучения	Количество источников/ проверочных тросов
1.1. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/1
1.2. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/1
1.3. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Microselectron PDR V3	Microselectron V2 или аналог	4
1.4. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Flexitron HDR-V3	Flexisource Ir-192 или аналог	4/4
1.5. УЗ "Брестский ООД"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/1
1.6. УЗ "Брестский ООД"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/1
1.7. УЗ "Гомельский ОКОД"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/2
1.8. УЗ "Гомельский ОКОД"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/2
1.9. УЗ "Гродненская ОКБ"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/2
1.10. УЗ "Могилевский ООД"	Microselectron HDR-V3	Microselectron V2 или аналог	4/2
1.11. УЗ «Минский ГКОД»	Flexitron HDR-V3	Flexisource Ir-192 или аналог	4/4
1.12. УЗ «Минский ГКОД»	Flexitron HDR-V3	Flexisource Ir-192 или аналог	4/4

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование источника	Требования
2.1.	Microselectron V2 или аналог для аппарата Microselectron HDR-V3	активность одного источника 10-13Ки; размеры капсулы 0,9х4,5мм; длина троса 150 см, совместимость с аппаратом Microselectron HDR-V3

2.2.	Flexisource Ir-192 или аналог для аппарата Flexitron HDR-V3	активность одного источника 10-13 Ки; диаметр источника 0,89 мм, совместимость с аппаратом Flexitron HDR-V3
2.3.	Microselectron V2 или аналог для аппарата Microselectron PDR-V3	активность одного источника 1.8-2,5Ки; размеры капсулы 0,9х4,5мм; длина троса 150 см, совместимость с аппаратом Microselectron PDR-V3

3. Гарантийный срок не менее 3 месяцев (или 1 тыс посылок, что наступит ранее) с даты поставки.

4. Оплата по факту поставки после перезарядки аппарата

Лот2

1. Состав (комплектация) оборудования или товара.

Аппараты контактной лучевой терапии			
Организация здравоохранения	Название аппарата	Название источника излучения	Количество источников/ проверочных тросов
1.1. УЗ "Витебский ОКОД"	Varisource 200e	Ir-192, Тип AL09400000 или аналог	4/4
1.2. УЗ "Витебский ОКОД"	GammaMed Plus iX	Ir-192 GammaMed Plus HDR 0.9mm или аналог	4/4
1.3. УЗ «Минский ГКОД»	Bravos	Ir-192 Source или аналог	4/4
Список запасных частей, подлежащих установке при замене источника на аппарате Varisource 200e (1 раз в 3 года) *			
Наименование		Ед. изм.	Количество
1.4.	TENSION PULLEY, (V-DRIVE) Ролик натяжения V-DRIVE	штука	2
1.5.	TEM V-DRIVE FLANGED IDLER PULLEY Ролик с фланцем для V-DRIVE	штука	4
1.6.	V-DRIVE, 5 X 40 SHAFT (EPB) Вал V-DRIVE, 5 X 40	штука	4
1.7.	SHAFT (MODIFIED G996000000) Вал (Модификация G996000000)	штука	2
1.8.	1/8 BELT SS FOR F820001600 (EPB) Ремень 1/8 для F820001600	штука	2
1.9.	BELT 0.080" PITCH X WIDE (SPEC.SHT FOR V-DRIVE MOTOR TIMING BELT) Ремень 0.080", ширина ¼	штука	2
1.10.	SPACER, 5 X 10 X 0,5 Шайба, 5 X 10 X 0.5	штука	4
1.11.	ROTATION SOLENOID LOCK PIN Стопорный штифт соленоида	штука	1
1.12.	DRIVE BELT 0.080", PITCH X WIDE (SPEC. SHT FOR RETRACT MOTOR TIMING BELT) Ремень привода 0.080", ширина ¼	штука	1

1.13.	SPEC SHEET FOR G239000300 PTFE CATHETER Катетер фторопластовый для G239000300, 10 м.	штука	1
1.14.	SAFEPADS-SPS FARNEL NO 317-548 Салфетка FARNELL NO 317-548	штука	6
1.15.	80 CM COUPLING CATHETER ASSEMBLY Катетер соединительный, 80 см	штука	1
1.16.	EMERGENCY RETRACT BATTERY Батарея аварийного возврата источника	штука	2
1.17.	RAM BATTERY Батарея памяти RAM	штука	1
1.18.	CAMPSCALE LAMP Лампа Camscale	штука	1
1.19.	ENCODER TURRET Турель энкодера	штука	1
1.20.	TEST CATHETER ASSEMBLY Приспособление тестового катетера	штука	1
1.21.	COLLET FOR A TURRET Направляющая турели	штука	20
Список запасных частей, подлежащих установке при замене источника на аппарате Bravos (1 раз в 3 года) *			
	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.22.	Indexer Track Tube / Направляющая трубка индексатора или аналог	штука	1
1.23.	Guiding Tube Rotary joint to Safe / Направляющая трубка поворотного соединения к сейфу	штука	1
1.24.	Guiding Tube Assy: Rotary joint Y-Block / Направляющая трубка в сборе от поворотного соединения к Y-образному блоку или аналог	штука	1
1.25.	Guiding Tube Assy: Y-Block dummy wire / Направляющая трубка в сборе для неактивного провода к Y-образному блоку или аналог	штука	1
1.26.	Guiding Tube safe – Source Drive / направляющая трубка от сейфа к приводу активного источника или аналог	штука	1
1.27.	Storage assy Tube G3 / Направляющая трубка хранилища G3 или аналог	штука	1
1.28.	Optical ensor Tube / Трубка оптического сенсора или аналог	штука	1
1.29.	Battery Pack / Набор батарей	штука	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование источника	Требования
2.1.	Ir-192, Тип AL09400000 или аналог для аппарата Varisource 200e	активность одного источника 10-13Ки, совместимость с аппаратом Varisource 200e
2.2.	Ir-192, Source или аналог для аппарата Bravos	активность одного источника 8-13Ки, совместимость с аппаратом Bravos
2.3.	Ir-192 GammaMed Plus HDR 0.9mm или аналог для аппарата GammaMed Plus iX	активность одного источника 10-13 Ки, совместимость с аппаратом GammaMed Plus iX

2.4.	Полная совместимость запасных частей, указанных в пунктах 1.4-1.21, с аппаратом GammaMed Plus iX
2.5.	Полная совместимость запасных частей, указанных в пунктах 1.22-1.29, с аппаратом Bravos

3. Гарантийный срок не менее 3 месяцев (или 1 тыс посылок) с даты поставки.
4. В стоимость запасных частей должна быть включена монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию
5. Оплата по факту поставки после перезарядки аппарата

* Данный список запчастей является обязательным условием замены радиоактивного источника, что обусловлено требованием завода-изготовителя.

Лот3

1. Состав (комплектация) оборудования или товара.

Аппараты контактной лучевой терапии			
Организация здравоохранения	Название аппарата	Название источника излучения	Количество источников
1.1. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Theratron Egiunox 100	Источник C146 (C151) или аналог	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование источника	Требования
2.1.	Источник C146 (C151) или аналог	
2.1.1.	Активность одного источника	не менее 8000 Ки
2.1.2.	Особые требования	совместимость с перезаряжаемым аппаратом Theratron

3. Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты поставки.
4. Оплата по факту поставки после перезарядки аппарата

Лот 4

1. Состав (комплектация) оборудования или товара.

Аппараты контактной лучевой терапии			
Организация здравоохранения	Название аппарата	Название источника излучения	Количество источников
1.1. РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова	Gamma knife Leksell Perfection	Источник 60-Co	192

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование источника	Требования
2.2.	Источник 60-Co	
2.2.1.	Активность одного источника	не менее 25 Ки
2.2.2.	Особые требования	совместимость с перезаряжаемым аппаратом Gamma knife Leksell Perfection

3. Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты поставки.

4. Оплата по факту поставки после перезарядки аппарата