

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Фиброларингоскоп	Шт.	1
1.2	Кейс для хранения и перевозки	Шт.	1
1.3	Тестер герметичности	Шт.	1
1.4	Щипцы биопсийные	Шт.	1
1.5	Щипцы захватывающие	Шт.	1
1.6	Загубник	Шт.	1
2.	Технические требования		
2.1	Фиброларингоскоп должен быть:		
2.1.1	Угол поля зрения не менее 110 градусов		
2.1.2	Наружный диаметр не более 5,1 мм		
2.1.3	Наличие инструментального рабочего канала		
2.1.4	Длина рабочей части не менее 300 мм и не более 340 мм		
2.1.5.	Изгиб дистального конца: вверх – не менее 180 градусов, вниз – не менее 100 градусов.		
2.1.6.	Угловая апертура не менее 90 градусов		
2.1.7.	Наличие клапана выпуска воздуха		
2.2	Фиброларингоскопы должны быть совместимы с имеющимися в РНИЦ оториноларингологии источниками света и световодами (Karl Storz, R. Wolf) непосредственно или посредством поставки адаптеров.		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

