

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта медицинских изделий:

№ п/п	Наименование и состав оборудования	Ед. изм.	Количество
1.1	Аппарат для аутогемотрансфузии мобильный в составе:	компл.	1
1.1.1	Консоль с тремя моторами и камерой, центрифугой, мачтой для растворов, сетевым шнуром		
1.1.2	Экран управления		
1.1.3	Автономный вакуумный блок с камерой безопасности, сетевой шнур		
1.2.	Набор одноразовый для аутогемотрансфузии (резервуар для сбора крови, линия отсоса крови с промывкой антикоагулянтном, набор магистралей с центрифугой для обработки крови)	компл.	12

2. Технические требования.

2.1 * Наличие трех роликовых насосов, обеспечивающих одновременную обработку крови: заполнение отмывочной камеры моющим раствором, заполнение камеры собранной кровью, нагнетание готовой эритроцитной массы в пакет для реинфузии.

2.2 *Конструкция промывочной камеры должна обеспечивать параллельно с работой моторов сепарацию, концентрирование и отмывание эритроцитов в центрифуге.

2.3 Возможность выбора программ для различных видов вмешательств.

2.4 Высокое качество концентрата эритроцитов с гематокритом конечного продукта не менее 60 %.

2.5 Высокая степень подвижности аппарата, наличие транспортной панели.

2.6 Электропитание 220 –230V переменного тока, 50 Гц.

2.7 Наличие батареи, позволяющей продолжать работу при отключении питания от электросети в течение 10 минут с сохранением в памяти устройства всех эксплуатационных параметров.

2.8 Наличие встроенной системы вакуума в диапазоне от 50 до 300 мм. рт. ст.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики закупаемых изделий, их тип и

терапевтические возможности, класс; несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.