

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Система для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца с расходными материалами	шт.	1
1.2	Расходные материалы для системы для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца		
1.2.1.	- Катетер для проведения импульсно-волновой эндокардиальной многополюсной для катетерной абляции легочных вен	шт.	5
1.2.2	- Интродьюсер управляемый, совместимый с катетером для проведения импульсно-волновой эндокардиальной многополюсной для катетерной абляции легочных	шт.	5
1.2.3	- Кабель для подключения абляционного катетера к системе	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета закупки

№ п/п	Требуемые характеристики	Примечание
2.1 Система для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца		
2.1.1	Возможность выполнения импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции миокарда по принципу электропорации	*
2.1.2	Совместимость с катетерами для электропорации для лечения нарушений ритма сердца, работающих по принципу «доставка на проводнике»	
2.1.3	Возможность выполнения абляции (электропорации) с нескольких полюсов для абляционного катетера	
2.1.4	Тип воздействия – электропорация	

2.1.5	Питание: переменный ток: 220-230 В /50Гц	
2.1.6	Вес, кг – не более 200	
2.1.7	Наличие на управляющей консоли / системе цветного сенсорного монитора, вращающего вдоль оси, регулируемого по высоте	
2.1.8	Совместимость с ЭФИ системами различных производителей	
2.2	Расходные материалы для системы для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца	
2.2.1	<u>Катетер для проведения импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции:</u> 1. наружный диаметр катетера – 9-12,5F 2. тип катетера – для многополюсной абляции легочных вен 3. доставка на проводнике диаметром 0,032 - 0,035 дюйма 4. полезная длина – не менее 90 см. 5. совместимость с системой для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца, закупаемой по пункту 1.1	*
2.2.3	<u>Интродьюсер управляемый:</u> 1. диаметр от 10,0 до 13 F (внутренний) 2. полезная длина не менее 65 см 3. совместимость с катетером для многополюсной импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции, легочных вен, закупаемым по пункту 1.2.1* 4. управляемый* 5. совместимость с проводником 0,032 дюйма длиной не менее 180 см.	
2.2.3	<u>Кабель для подключения катетера к системе:</u> 1. Совместимость с системой для импульсно-волновой эндокардиальной катетерной абляции нарушений ритма сердца, закупаемой по пункту 1.1 и катетером для абляции, закупаемым по пункту 1.2.1 2. Длина – не менее 1,2 метра 3. Стерильный	

Примечание: *) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики закупаемых изделий, их тип и терапевтические возможности, класс; несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений (*при наличии **)